



SP + Digital



/governosp



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes

Fale Conosco

Comunicados
Sair

sua conta

Procedimentos

Relatórios

Sanções

Catálogo

11:51:15



Número da OC 851902801002023OC00017 - Itens negociados pelo valor total
Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Ente federativo SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA - SAAE
UC ENTIDADES CONVENIADAS SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA - S

Fase Preparatória Edital e Anexos Pregão Gestão de Prazos Atos Decisórios

36167317801 Quetura Lima dos Santos Scarma

[Voltar](#)

Pergunta

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

05/10/2023 16:58:52

Eco System Preservação do Meio Ambiente Ltda

O edital no paragrafo 1.2.12 descreve: Ser acreditado pelo INMETRO nos parâmetros monitorados

Porem existe um parâmetro apresentado "• média da vazão" e este "parâmetro" nenhum laboratório possui acreditação para tal . Podemos entender que todos os outros parâmetros devem ser acreditados, exceto "media de vazão". Aguardamos o posicionamento para definir nossa participação

Resposta

Quetura Lima dos Santos Scarmanha

06/10/2023 11:51:08

Boa tarde!

Venho por meio deste informar que após resposta da química responsável, informamos que:

"É isso mesmo, todos os parâmetros devem ser acreditados, exceto o parâmetro "média da vazão" pois esse servirá apenas para controle e/ou volume de alíquota"

Sem mais,

Quetura Scarmanhã

Pregoeira

[Ouvidoria](#)[Transparência](#)[SIC](#)